

Anfrage- und Bestell-Checkliste

Der Lieferumfang beinhaltet in der Regel alle zum Betrieb nötigen Geräte und Verbindungsleitungen.

Bitte lesen Sie dazu auch unsere Datenblätter und Handbücher, die zum Download unter den Produktseiten auf www.mk-messtechnik.de zu finden sind.

Bitte prüfen Sie vor einer Bestellung die folgenden Punkte, sofern zutreffend:

- ✓ Sind zusätzliche Akkus nötig, z.B. für sehr lange Messungen?
(Betriebszeiten der Geräte siehe Handbuch)
- ✓ Ladebuchsen 2-polig, 3- oder 5-polig?
(5-polig ist Standard, Anschlussmöglichkeit für externe Akkus)
- ✓ Werden zusätzliche Ladegeräte benötigt?
(1 ist Standard, 2 bei Bestellung mit externen Zusatzakkus)
- ✓ Werden Ladekabel für vorhandene Ladegeräte benötigt?
- ✓ Werden besondere Längen der Lichtleiter benötigt?
(20m ist Standard, 10m und 30m sind in der Regel ab Lager lieferbar, andere Längen auf Wunsch)
- ✓ Werden besondere Lichtleiterstecker benötigt?
(FSMA ist Standard, ST auf Anfrage)
- ✓ Werden besondere Anschlusskabel benötigt?
(optoLVDS und Type U-Systeme werden ohne Signalanschlusskabel geliefert, da diese kundenspezifisch sind)
- ✓ Welche Eingangsspannungen / Grenzfrequenzen werden benötigt (analoge Strecken, U-Serie)
- ✓ Ist die Verwendung spezieller Anschlussstecker/-Buchsen geklärt?
(besonders wichtig bei LVDS)
- ✓ Soll das Gerät in ein 19“-Rack eingebaut werden?
- ✓ Werden mehrere Einzelsysteme benötigt oder ist ein Mehrkanalsystem in einem Gehäuse sinnvoller?
(z.B. 8-Kanal dAV-Empfänger im 19“-Gehäuse)
- ✓ Muss das neue System kompatibel zu einem vorhandenen Gerät sein?